

Eventos detectados precozmente gracias a monitorización remota

- Cambios en impedancia o aumento del umbral de estimulación.
- Detección inadecuada de señales intracardíacas.
- Depleción de batería.
- Aparición de arritmias auriculares y ventriculares.
- Terapias inadecuadas del desfibrilador.
- Inadecuado porcentaje de resincronización cardíaca.
- Parámetros relacionados con reagudización de insuficiencia cardíaca.